



KOMPARATÖR KALİBRASYON/DOĞRULAMA TALİMATI

Doküman No#: T006

Sayfa No: 1 / 1

Yayın Tarihi: 06.02.2008

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: --

- Kalibrasyonu yapılacak komparatör üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar var ise kalibrasyonu yapılan komparatörün üzerine yanlışlıkla kullanılmasını engellemek için **KALİBRASYON DIŞI ETİKETİ (F032)**'ni yapıştırın.
- Kalibrasyonu yapılacak komparatörü temizleyin.
- Kalibrasyonda kullanılacak etalonu düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Kalibrasyonu yapılacak komparatörü etalon ile birebir karşılaştırarak en az 5 değişik değer alın.
- Alınan değerler ile **DOĞRULAMA RAPORU FORMU(F028)**' nu doldurun.
- Kalibrasyon sonucunda değerler tolerans sınırları içinde ise kalibre edilen komparatörün üzerine **DOĞRULAMA ETİKETİ (F031)**' ni doldurarak yapıştırın.
- Kalibrasyon sonucunda değerler tolerans sınırları içinde değilse **KALİBRASYON DIŞI ETİKETİ(F032)**'ni yapıştırın.

HAZIRLAYAN:

Üretim Sorumlusu

ONAY:

Şirket Müdürü